

Установка для поверки секундомеров УПМС-1

Установка УПМС-1 предназначена для поверки механических, электрических, электронных секундомеров с механическим и электрическим запуском



38180-08



Одновременная поверка до 40 механических секундомеров

Поверка секундомеров в горизонтальном и вертикальном положении

Автоматический запуск и остановка поверяемых секундомеров

Работа с секундомерами с электрическим запуском от переменного напряжения 220В 50Гц, постоянного напряжения 3-24В

Работа с другими напряжениями через согласующие реле

Установка может работать как источник периодического сигнала

Технические характеристики УПМС-1

Диапазон задаваемой длительности интервала времени $(2 \cdot 10^{-4} - 4 \cdot 10^5)$ с

Пределы допускаемой абсолютной погрешности при поверке секундомеров с электрическим запуском $\pm(1,5 \cdot 10^{-6} + T_{\text{ИНТ}} \cdot 10^{-7})$ с

Пределы допускаемой абсолютной погрешности при поверке секундомеров с механическим запуском $\pm(2 \cdot 10^{-2} + T_{\text{ИНТ}} \cdot 10^{-7})$ с