



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СВИДЕТЕЛЬСТВО

об утверждении типа средств измерений

RU.C.34.021.A № 51755

Срок действия до 29 июля 2018 г.

НАИМЕНОВАНИЕ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ

Калибраторы переменного тока многофункциональные УИ300.2

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "Завод измерительных приборов "ЮРИМОВ" (ООО "ЗИП "ЮРИМОВ"), г. Краснодар

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ № 54376-13

ДОКУМЕНТ НА ПОВЕРКУ

АУЮВ.436228.06 РЭ, раздел 7

ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ ПОВЕРКАМИ 1 год

Тип средств измерений утвержден приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от **29 июля 2013 г. № 849**

Описание типа средств измерений является **обязательным** приложением к настоящему свидетельству.

Заместитель Руководителя
Федерального агентства



Ф.В.Булыгин

" 5 " 2013 г.

Серия СИ

№ 011070

Срок действия до 15 июня 2023 г.

Продлен приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от **15 июня 2018 г. № 1221**

Заместитель Руководителя
Федерального агентства

С.С. Голубев



..... 2018 г.